



**INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA
ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NDE002-N4-2015

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN

En la Ciudad de México, Distrito Federal siendo las 10:30 horas, del 04 de marzo de 2015, en la Oficina de la Subdirección de Recursos Materiales y Conservación ubicada en el primer piso del edificio "D" del Instituto Nacional de Perinatología, Isidro Espinosa de los Reyes, cito en Montes Urales No. 800, Colonia Lomas Virreyes, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11000, México, Distrito Federal; se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la Convocatoria de Licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley) y del artículo 46 fracción II segundo párrafo del Reglamento de la Ley, así como en el punto III inciso b.1 de la Convocatoria.

Donde se menciona: Que el envío de las respuestas antes mencionadas el licitante cuenta con seis horas para que envíe a través de CompraNet las preguntas que considere necesarias única y exclusivamente en relación con las respuestas remitidas, de conformidad con al artículo 46 fracción II, segundo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Este acto fue presidido por el COR. L.A. MARCO ANTONIO MEJÍA CRUZ, servidor público designado por el INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGIA, ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES, quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto.

El presidente del acto, fue asistido por el Dr. Luis Fernando Escobar Ponce, Encargado de la Coordinación de Ginecológica Laparoscópica y el Dr. Oliver Paul Cruz Orozco, Adscrito a la Subdirección de Investigación en Reproducción Humana, quienes solventaron las preguntas de carácter técnico y el representante del Área Contratante de la Subdirección de Recursos Materiales y Conservación, COR. L.A. MARCO ANTONIO MEJÍA CRUZ, el cual solventó las preguntas de carácter administrativo, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta.

El presidente del acto, dio inicio al mismo señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 BIS de la Ley, las solicitudes de aclaración a la Convocatoria y el Escrito de interés en participa, de manera electrónica vía CompraNet, de las siguientes personas:

No.	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	No. DE PREGUNTAS	No. DE HOJAS
1	SELECCIONES MÉDICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Electrónica	39	39
2	COMPANÍA INTEGRADORA DE SERVICIOS MÉDICOS 6MED, S.A. DE C.V.	Electrónica	8	8

PREGUNTAS EFECTUADAS POR:

RAZÓN SOCIAL: SELECCIONES MÉDICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

Pregunta: 1

Se solicita a la convocante nos permita numerar el anexo técnico de manera consecutiva ya que solo tiene los números de los procedimientos. ¿Se acepta?

RESPUESTA: Si



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA
ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NDE002-N4-2015

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN

Pregunta: 2

ENDOCAMARA DE COLOR.

Se solicita a la convocante nos diga si por luxes se refiere al ajuste del nivel de luz del obturador, ya que en algunas marcas se encuentra de esta manera.

¿Se acepta?

RESPUESTA: Si

Pregunta: 3

ENDOCAMARA DE COLOR.

Solicita: OBJETIVO CON AJUSTE DE FOCO Y ZOOM. F= 13-29 MM

Se solicita a la convocante nos permita ofertar una endocamara con OBJETIVO CON AJUSTE DE REALCE, LUZ Y ZOOM.

¿Se acepta?

RESPUESTA: Si

Pregunta: 4

ENDOCAMARA DE COLOR.

Solicita: FILTRO ANTI-MOIRÉ PARA LOS ENDOSCOPIOS FLEXIBLES.

Se entiende que por filtro anti Moire a una conversión de señal analógica a señal digital y viceversa.

¿Es correcta nuestra apreciación?

RESPUESTA: Si, para el generador de video o endocamara.

Pregunta: 5

ENDOCAMARA DE COLOR.

Solicita: CONTROL DE SHUTTER ELECTRÓNICO AUTOMÁTICO PARA OPTIMIZAR EL BRILLO DE IMAGEN EN CONJUNTO CON LA FUENTE DE LUZ

Se solicita a la convocante nos permita ofertar una endocamara con CONTROL DE ZOOM ELECTRÓNICO AUTOMÁTICO PARA OPTIMIZAR EL BRILLO DE IMAGEN.

RESPUESTA: si

Pregunta: 6

ENDOCAMARA DE COLOR.

Solicita: SALIDAS DE SEÑAL: 2 X HDMI, 2 X 3G-SDI, ANÁLOGA, ENTRADA DE SEÑAL: PIP, CON INTERFAZ CAN-BUS

Se solicita a la convocante nos permita ofertar una endocamara con SALIDAS DE SEÑAL: 2 X DVI, ANÁLOGA S-VHS 1

¿Se acepta?

RESPUESTA: No se acepta, se requiere lo sugerido por la Convocante.

Pregunta: 7

Solicita: MONITOR HD LED GRADO MEDICO, DE AL MENOS DE 27"

Se solicita a la convocante nos permita ofertar un monitor HD LCD GRADO MEDICO, DE AL MENOS DE 27"

¿Se acepta?

RESPUESTA: No se acepta, debe ser Led 175



**INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA
ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NDE002-N4-2015

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN

Pregunta: 8

ENDOCAMARA DE COLOR.

Solicita: CABEZAL CON SENSIBILIDAD LUMINOSA DE 1.2 LUX, FORMATO 16:9.

Se solicita a la convocante nos permita ofertar una endocamara con ajuste del nivel de luz del obturador automático en 8 incrementos SIN ESTO AFECTAR LA CALIDAD D ELA IMAGEN.

¿Se acepta?

RESPUESTA: No se acepta

Pregunta: 9

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER ENTREGAR UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL FABRICANTE, EN DONDE AVALE LAS MEDIDAS QUE SOLICITAN Y NO SE PUEDAN REFERENCIAR.

¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: si se acepta

Pregunta: 10

INSUFLADOR AUTOMÁTICO DE CO2

Solicita: PARA FLUJOS DE 42 LITROS X MINUTO

Se solicita a la convocante nos permita ofertar un insuflador PARA FLUJOS DE 0-20 LITROS X MINUTO

¿Se acepta?

RESPUESTA: Si se acepta

Pregunta: 11

SET DE LAPAROSCOPIA QUIRURGICA:

SOLICITA: DISECTOR MARYLAND, 5 MM., MODULAR

Se solicita a la convocante nos permita ofertar PINZA DE AGARRE Y DISECCION KELLY, 5 MM., MODULAR

¿Se acepta?

RESPUESTA: No se acepta

Pregunta: 12

SET DE LAPAROSCOPIA QUIRURGICA:

SOLICITA: PINZA DE AGARRE MIXTER, 5 MM., MODULAR

Se solicita a la convocante nos permita ofertar PINZA DE AGARRE Y DISECCION CON MANDIBULAS ACODADAS EN ANGULO RECTO, 5 MM., MODULAR

¿Se acepta?

RESPUESTA: No se acepta

Pregunta: 13

SET DE LAPAROSCOPIA QUIRURGICA:

SOLICITA: PINZA DE AGARRE CON GARRAS TIPO POZZI, 5 MM., MODULAR

Se solicita a la convocante nos permita ofertar PINZA DE AGARRE DE OVARIO, 5 MM., MODULAR

¿Se acepta?

RESPUESTA: No se acepta



**INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA
ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NDE002-N4-2015

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN

Pregunta: 14

SET DE LAPAROSCOPIA QUIRURGICA:

SOLICITA: PORTAAGUJAS MULTIFUNCIONES CON DISPOSITIVO DE POSICIONAMIENTO AUTOMÁTICO DE LA AGUJA Y BORDE CORTANTE, 5 MM., MODULAR

Se solicita a la convocante nos permita ofertar PORTAAGUJAS MULTIFUNCIONES, 5 MM., MODULAR

¿Se acepta?

RESPUESTA: Si se acepta

Pregunta: 15

SET DE LAPAROSCOPIA QUIRURGICA:

SOLICITA: EMPUJANUDOS PARA NUDOS INTRAABDOMINALES, 5 MM.

Se solicita a la convocante nos permita ofertar ANUDADOR PARA EL ANUDADO EXTRACORPOREO, 5 MM.

¿Se acepta?

RESPUESTA: No se acepta

Pregunta: 16

SET DE LAPAROSCOPIA QUIRURGICA:

SOLICITA: JUEGO DE SONDA INTRAUTERINA COHEN, INCLUYE: SONDA COHEN CON PORTAPINZA ELÁSTICO, CON UN CONO PEQUEÑO Y UNO GRANDE PARA CUELLO UTERINO

Se solicita a la convocante nos permita ofertar JUEGO DE SONDA INTRAUTERINA COHEN, CON UN CONO PEQUEÑO Y UNO GRANDE, SOPORTE PARA PINZAS DE GANCHO CON MUELLE

¿Se acepta?

RESPUESTA: Si se acepta

Pregunta: 17

EQUIPO DE VIDEO COMPACTO

SOLICITA: OBJETIVO CON ACOPLAMIENTO EN C CON ZOOM, F=21-36 MM.

Se solicita a la convocante nos permita ofertar OBJETIVO CON ACOPLAMIENTO EN C-MOUNT CON ZOOM

¿Se acepta?

RESPUESTA: No se acepta

Pregunta: 18

SET DE HISTEROSCOPIA:

SOLICITA: VAINA EXTERIOR DE IRRIGACIÓN CONTINUA, OVALADA, 15 CHARR., LONGITUD ÚTIL 205 MM.

Se solicita a la convocante nos permita ofertar VAINA EXTERIOR DE IRRIGACIÓN CONTINUA, OVALADA, 5 MM (15 CHARR).

¿Se acepta?

RESPUESTA: Si se acepta

Pregunta: 19

SET DE HISTEROSCOPIA:

SOLICITA: PINZA DE AGARRE, MODULAR, 5 CHARR., CON SISTEMA GIRATORIO

Se solicita a la convocante nos permita ofertar PINZA DE AGARRE, MODULAR, 5 CHARR.

¿Se acepta?

RESPUESTA: Si se acepta



**INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA
ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NDE002-N4-2015

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN

Pregunta: 20

SET DE HISTEROSCOPIA:

SOLICITA: MICROTIJERA, MODULAR, 5 CHARR., CON SISTEMA GIRATORIO

Se solicita a la convocante nos permita ofertar TIJERAS, MODULAR, 5 CHARR.

¿Se acepta?

RESPUESTA: Si se acepta

Pregunta: 21

SET DE HISTEROSCOPIA:

SOLICITA: PINZA BIOPSIA, MODULAR, 5 CHARR., CON SISTEMA GIRATORIO

Se solicita a la convocante nos permita ofertar PINZA BIOPSIA, MODULAR, 5 CHARR.

¿Se acepta?

RESPUESTA: Si se acepta

Pregunta: 22

SET DE RESECTOSCOPIO BIPOLAR:

SOLICITA: ELEMENTO DE TRABAJO ABIERTO, PASIVO, HÍBRIDO, PARA UTILIZAR TANTO EN APLICACIONES MONOPOLARES COMO BIPOLARES

Se solicita a la convocante nos permita ofertar JUEGO DE ELEMENTO DE TRABAJO, UNIPOLAR, INCLUYE: ELEMENTO DE TRABAJO, 2 ASAS DE CORTE, 2 ELECTRODOS DE COAGULACION Y 2 CABLES DE ALTA FRECUENCIA.

¿Se acepta?

RESPUESTA: No se acepta

Pregunta: 23

SET DE RESECTOSCOPIO BIPOLAR:

SOLICITA: VAINA EXTERIOR DE 7 MM., 21 CHARR., PARA IRRIGACIÓN CONTINUA

Se solicita a la convocante nos permita ofertar VAINA EXTERIOR DE, 22 CHARR., PARA IRRIGACIÓN CONTINUA

¿Se acepta?

RESPUESTA: No se acepta

Pregunta: 24

SET DE RESECTOSCOPIO BIPOLAR:

SOLICITA: VAINA INTERIOR DE 19 CHARR., PARA IRRIGACIÓN CONTINUA

Se solicita a la convocante nos permita ofertar VAINA INTERIOR PARA IRRIGACIÓN CONTINUA COMPATIBLE CON LA CAMISA EXTERIOR OFERTADA QUE CUMPLE CON LOS PARAMETROS SOLICITADOS

¿Se acepta?

RESPUESTA: No se acepta

Pregunta: 25

SET DE RECANALIZACIÓN TUBARIA:

SOLICITA: PINZA DE AGARRE BABCOCK 3.5 MM., MODULAR

Se solicita a la convocante nos permita ofertar PINZA DE AGARRE BABCOCK 3 MM., MODULAR

¿Se acepta?

RESPUESTA: Si se acepta



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA
ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NDE002-N4-2015

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN

Pregunta: 26

SET DE RECANALIZACIÓN TUBARIA:

SOLICITA: PORTAGUJAS MODULAR, RECTO, 3.5 MM.

Se solicita a la convocante nos permita ofertar PORTAGUJAS MODULAR, RECTO, 3 MM.

¿Se acepta?

RESPUESTA: Si se acepta

Pregunta: 27

SET DE RECANALIZACIÓN TUBARIA:

SOLICITA: TUBO DE ASPIRACIÓN E IRRIGACIÓN 3.5 MM.

Se solicita a la convocante nos permita ofertar TUBO DE ASPIRACIÓN E IRRIGACIÓN 3 MM

¿Se acepta?

RESPUESTA: Si se acepta

Pregunta: 28

SET DE RECANALIZACIÓN TUBARIA:

SOLICITA: ELECTRODO DE GANCHO DE 3.5 MM.

Se solicita a la convocante nos permita ofertar ELECTRODO DE GANCHO DE 3 MM.

¿Se acepta?

RESPUESTA: Si se acepta

Pregunta: 29

SET DE CISTOSCOPIA:

SOLICITA: PINZA DE BIOPSIA MODULAR, 5 CHARR., CON SISTEMA GIRATORIO, LONGITUD 370 MM

Se solicita a la convocante nos permita ofertar PINZA DE BIOPSIA MODULAR, 7 CHARR., CON SISTEMA GIRATORIO

¿Se acepta?

RESPUESTA: No se acepta

Pregunta: 30

SET DE CISTOSCOPIA:

SOLICITA: PINZA DE AGARRE, MODULAR, 5 CHARR., CON SISTEMA GIRATORIO, LONGITUD 380 MM

Se solicita a la convocante nos permita ofertar PINZA DE AGARRE, MODULAR, 7 CHARR., CON SISTEMA GIRATORIO

¿Se acepta?

RESPUESTA: No se acepta

Pregunta: 31

SET DE CISTOSCOPIA:

SOLICITA: TIJERA, FLEXIBLE, 7 CHARR., CON SISTEMA GIRATORIO, LONGITUD 380 MM

Se solicita a la convocante nos permita ofertar TIJERA, MODULAR, 7 CHARR., CON SISTEMA GIRATORIO

¿Se acepta?

RESPUESTA: No se acepta



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA
ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NDE002-N4-2015

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN

Pregunta: 32

BIENES DE CONSUMO

SOLICITA: MANIPULADOR UTERINO DESECHABLE

Se solicita a la convocante nos permita ofertar MANIPULADOR UTERINO REUTILIZABLE

¿Se acepta?

RESPUESTA: Si se acepta

Pregunta: 33

BIENES DE CONSUMO

SOLICITAN: ELECTRODO DE RODILLO BIPOLAR PARA RESECTOSCOPIO

Se solicita a la convocante nos permita ofertar ELECTRODO DE RODILLO MONOPOLAR PARA RESECTOSCOPIO

¿Se acepta?

RESPUESTA: No se acepta

Pregunta: 34

SET DE LAPAROSCOPIA QUIRURGICA:

SOLICITAN: TALADRO DE MIOMAS RÍGIDO, 5 MM.

Se solicita a la convocante nos permita ofertar FIJADOR DE MIOMAS, 5 MM.

¿Se acepta?

RESPUESTA: Si se acepta

Pregunta: 35

Se solicita a la convocante CONSIDERAR EL MISMO TIEMPO DE ENTREGA DEL EQUIPO AL SOLICITADO PARA EL INSTRUMENTAL.

¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: Si se acepta

Pregunta: 36

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR LAS HOJAS CORRESPONDIENTES DE LOS MANUALES Y/O CATALOGOS EN DONDE SE ENCUENTRE LA INFORMACION QUE SOLICITAN EN EL ANEXO TECNICO.

¿Se acepta?

RESPUESTA: No se acepta

Pregunta: 37

SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS LOS PODEMOS CARGAR EN LA SECCION DE AÑADIR ANEXOS. YA QUE COMPRANET ESTA CONFIGURADO PARA QUE ÚNICAMENTE SE INGRESEN PRECIOS

¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: Si se acepta

Pregunta: 38

SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE QUE DATOS DEBEMOS REQUISITAR EN LOS NUMERALES 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 Y 2.1.4 YA QUE COMPRANET ESTA CONFIGURADO PARA QUE ÚNICAMENTE SE INGRESEN PRECIOS UNITARIOS



**INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA
ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NDE002-N4-2015

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN

¿FAVOR DE ACLARAR?

RESPUESTA: En CompraNet se cargaran los precios unitarios por procedimiento de acuerdo a lo especificado en el Anexo I "A" y deberá elaborarse una propuesta como la del estudio de mercado que incluya precios unitarios, totales, de acuerdo a lo que se marca como máximos y mínimos, precios totales.

Pregunta: 39

SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI EL PRECIO UNITARIO SOLICITADO EN EL NUMERAL 2.1.1 PROPUESTA ECONOMICA, DEBEMOS REQUISITAR EL IMPORTE TOTAL DE NUESTRA PROPUESTA.

¿FAVOR DE ACLARAR?

RESPUESTA: No, deberá describir el precio unitario por procedimiento, por máximos y mínimos y total por los 36 meses que se prestara el servicio.

PREGUNTAS EFECTUADAS POR:

COMPAÑÍA INTEGRADORA DE SERVICIOS MÉDICOS 6MED, S.A. DE C.V.

Equipo Propiedad del Instituto

1. Con el fin de proporcionar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo adecuado tomando en cuenta las recomendaciones del fabricante, y elaborar un programa de intercambio tecnológico para los equipos propiedad del INPer indicados en el Anexo I "A":

- Torre de visualización con: cámara de 3CCD con objetivo, monitor de 26" grado médico, insuflador automático CO2, grabador de DVD, fuente de luz 300 watts xenón, no break y gabinete.
- Instrumental para laparoscopia incluye lente endoscópicos, tijeras y pinzas varias, set histeroscopios quirúrgicos de 5 mm.

Solicitamos se nos indiquen para cada uno de los equipos e instrumentos los siguientes datos:

- Descripción detallada
- Cantidad
- Marca
- Modelo
- Fecha de recepción
- Tiempo en operación (meses)
- Tipo de servicio de mantenimiento (interno ó externo)
- Estado actual (funcional, no funcional)
- Ubicación

RESPUESTA: El programa para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo que se solicita deberá contener los lineamientos generales y compromisos de calidad del proveedor. El programa anual deberá ser entregado una vez que se de el fallo ya que se debe ser aprobado por el Comité.

Descripción del contenido de los sets por procedimiento

2. En el Set de laparoscopia quirúrgica solicitan Manipulador uterino metálico y Juego de sonda intrauterina Cohen. Debido a que estos instrumentos no se usarán de forma simultánea en ningún procedimiento, solicitamos se aclare la cantidad de los instrumentos antes mencionados que se requieren como disponibles para el Instituto.

RESPUESTA: Es uno por charola de laparoscopia (son cinco)



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA
ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NDE002-N4-2015

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN

Descripción del contenido de los sets por procedimiento

3. En el Set de resectoscopio bipolar solicitan Set de elementos de trabajo (electrodo de corte, electrodo de coagulación). Suponemos que hacen referencia al elemento de trabajo solicitado en el mismo set y que debe cumplir como mínimo con las siguientes características: abierto, pasivo, híbrido, para utilizar tanto en aplicaciones monopolares como bipolares. En relación a los electrodos, suponemos que son los mismos que se solicitan en la Descripción de los bienes de consumo y que deben cumplir como mínimo con las siguientes características: electrodo de corte bipolar para resectoscopio y electrodo de rodillo bipolar para resectoscopio.

RESPUESTA: Solicitamos 3

*Electrodo de ASA de corte 21 F

*Roller Ball ó esfera de 21 F

*Electrodo de punta 21 F

Descripción del contenido de los sets por procedimiento

4. En el Set de cistoscopia solicitan Cisto-uretroscopio compacto y atraumático con óptica de 30°. Solicitamos se nos permita ofertar un sistema óptico con dirección visual 25° el cual al igual que una óptica de 30° proporciona una visión panorámica con excelente percepción de detalles, alta definición, perfecta calidad, nitidez y una imagen brillante en todo el campo operatorio. ¿Se acepta?

RESPUESTA: Si se acepta

Descripción del contenido de los sets por procedimiento

5. En el Set de cistoscopia solicitan pinza de biopsia, pinza de agarre y tijera flexibles. Con el fin de brindar una mayor durabilidad, limpieza interior óptima, facilidad de uso y confort en el manejo, sugerimos que las tijeras y pinzas sean semirrígidas, modulares y giratorias 360. ¿Se acepta?

RESPUESTA: No se acepta

Descripción de los bienes de consumos requeridos

6. Solicitamos se nos permita ofertar una bolsa de extracción de un solo uso, de fácil inserción, de 10 mm., tamaño de 4" x 5", volumen de 215 ml.

RESPUESTA: No, son de 5 x 8 "

Integración de equipo, instrumental y bienes de consumo requeridos por procedimiento

7. Solicitan Monitor HD Led grado médico de al menos 27 pulgadas. Con el fin de ofertar al Instituto un monitor quirúrgico de alta calidad con imagen HD, pedimos se acepte un monitor de 26 pulgadas, con luz Led, de múltiples modalidades, diseñado específicamente para salas de operaciones, con una relación de aspecto de 16:9 que permite tener una imagen panorámica, cumple con las características necesarias para su aplicación como monitor principal y junto con la cámara a ofertar proporcionarán una óptima nitidez de detalles, una profundidad de campo y un brillo de colores inigualados adecuados para trabajar en el quirófano. ¿Se acepta?

RESPUESTA: Si se acepta

Integración de equipo, instrumental y bienes de consumo requeridos por procedimiento

8. Solicitan Fuente de luz Led. Con el fin de ofertar al Instituto una fuente de luz que proporcione una intensidad de luz adecuada para trabajar dentro de la cavidad abdominal y uterina, que permita la visualización de todos los elementos anatómicos sobre los que se va a actuar, sugerimos se acepte ofertar una fuente de luz de xenón. Este tipo de luz a diferencia de la luz Led tiene mayor profundidad e intensidad, proporcionando una excelente nitidez, un gran contraste y una reproducción real de los colores, permitiendo una alta efectividad durante todo tipo de procedimientos endoscópicos. ¿Se acepta?



**INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA
ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NDE002-N4-2015

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN


 RESPUESTA: No se acepta

LA CONVOCANTE REALIZA LA SIGUIENTE ACLARACIÓN:

En el punto b.2) VISITAS A LAS INSTALACIONES, pág. 19: dice que la asistencia a la visita de instalaciones no es obligatoria; pero en el punto IV.1.-PROPUESTA TÉCNICA, pág. 32 Dice que es obligatorio.

La convocante aclara que la visita a las Instalaciones no es requisito obligatorio.



Para efectos de la notificación y en términos de los artículos 37 Bis de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición copia de esta Acta en la Oficina de la Subdirección de Recursos Materiales y Conservación ubicada en el primer piso del edificio "D" del Instituto Nacional de Perinatología, Isidro Espinosa de los Reyes, sito en Montes Urales No. 800, Colonia Lomas Virreyes, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal once mil, México, Distrito Federal, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en la dirección electrónica: www.compranet.gob.mx.

 Finalmente, se recuerda que el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el día 13 de Marzo de 2015 a las 10:30 horas, en la Oficina de la Subdirección de Recursos Materiales y Conservación ubicada en el primer piso del edificio "D" del Instituto Nacional de Perinatología, sito en Montes Urales No. 800, colonia Lomas Virreyes, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11000, México Distrito Federal, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, por lo que después de esa hora no se permitirá el acceso a ningún observador social, de conformidad con el artículo 47 del Reglamento de la Ley.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminada esta junta, siendo las 11:00 horas, del día 04 del mes de Marzo del año 2015.

Esta Acta consta de 11 fojas, firmando para los efectos legales y de conformidad por los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

POR EL INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGIA, ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES.



NOMBRE	ÁREA	FIRMA
 COR. L.A. MARCO ANTONIO MEJÍA CRUZ	ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACIÓN EN AUSENCIA DEL SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA "ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES" Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 54 DEL ESTATUTO ORGÁNICO Y AL OFICIO 2015.1000.000107 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2015. SUSCRITO POR EL DIRECTOR GENERAL DEL INPER.	



**INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA
ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NDE002-N4-2015

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN

DR. OLIVER PAUL CRUZ OROZCO	ADSCRITO A LA SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN REPRODUCCIÓN HUMANA	
DR. LUIS FERNANDO ESCOBAR PONCE	ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE GINECOLOGÍA LAPAROSCOPICA	
MTRA. GINA MARTÍNEZ FLISSER	SUBDIRECTORA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	

----- FIN DEL ACTA -----







**INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA
ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES**

**LISTA DE ASISTENCIA AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES PARA LA
LICITACIÓN PÚBLICA, QUE SE LLEVA A CABO EL DÍA 04 DE MARZO DE 2015**

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN

POR EL INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA.

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
COR. L.A. MARCO ANTONIO MEJÍA CRUZ	ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACIÓN EN AUSENCIA DEL SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA "ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES" Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 54 DEL ESTATUTO ORGÁNICO Y AL OFICIO 2015.1000.000107 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2015. SUSCRITO POR EL DIRECTOR GENERAL DEL INPER.	
DR. OLIVER PAUL CRUZ OROZCO	ADSCRITO A LA SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN REPRODUCCIÓN HUMANA	
DR. LUIS FERNANDO ESCOBAR PONCE	ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE GINECOLOGÍA LAPAROSCOPICA	
MTRA. GINA MARTÍNEZ FLISSER	SUBDIRECTORA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	

-----FIN DE LA LISTA-----